

PLACA RECTA ANCHA BLOQ 4.5/5.0 MM

Registro sanitario

INVIMA 2013DM-0009545 SISTEMA DE OSTEOSINTESIS APENDICULAR

Protocolo Calidad

NTC - ISO 13485:2016

Material

TITANIO - ACERO

Sistema de Producto

PLACAS BLOQUEADAS

Marca

IMEQ o maquillado con la marca del cliente

Clasificación de Riesgo

TIPO IIB

Esterilización

Producto no estéril

Uso

Fracturas diafisaria de Fémur

Otras indicaciones

Fracturas diafisaria de humero.

Contraindicaciones

Uso fuera de la región anatómica indicada.

Empaque

Una pieza por paquete

Esterilización para uso quirúrgico

Producto no estéril,
No debe usarse sin esterilizar

Diseño

Con orificios en Z alternados y combinados 4.5 / 5.0 mm , perfil de contacto limitado y bordes atraumáticos. Para tornillos corticales de 4.5 Y bloqueados de 5.0 mm.



REFERENCIA	8210404507	8210404508	8210404509	8210404510	8210404512	8210404514	8210404516
ORIFICIOS	7	8	9	10	12	14	16
MATERIAL	TITANIO	TITANIO	TITANIO	TITANIO	TITANIO	TITANIO	TITANIO

